

BRUGSANVISNING FAST FIT UDSTYR

TILSIGTET ANVENDELSE

Cascade Dafos præfabrikeret Fast Fit (hurtigt tilpasset) udstyr yder et udvendigt supportsystem, der retter foden, anklen og underbenet ind i en optimal stilling til almindelige daglige aktiviteter for patienter med mange helbredstilstande, deriblandt:

- Neurologiske og neuromuskulære problemer
- Udviklingsmæssig forsinkelse
- Cerebral parese
- Down syndrom

TING, MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Efter den første uges brug vænner patienterne sig hurtigt til at bære skinner eller skoindlæg. Eventuelle klager over ubehag, især efter patienten har anvendt skinnerne/indlæggene uden gener i et stykke tid, skal meddeles til vores kundeserviceafdeling. Hvis det drejer sig om et barn, kan det være tegn på, at patienten er vokset ud af skinnen. Ethvert rødt mærke eller tegn på irritation, der ikke går væk inden for 20 minutter, efter skinnen/indlægget er taget af, kan være tegn på et problem med pasformen, der kræver handling. Afbryd brugen, og informer straks din læge, eller kontakt Cascades kundeservice på 1-800-848-7332 (internationalt +00 1 360 543 9306).

PLEJE AF UDSTYR

Cascades udstyr er fremstillet af forskellig slags plastik, afhængig af den valgte type. De er tynde og fleksible, dog slidstærke ved almindelig brug. Udstyret skal bruges over egnede sokker (vi anbefaler en bomuld/syntetisk blanding i mellemtykkelse) og med sko. Hvis du bruger de enheder uden sko, der kan medføre ridser eller dybe skrammer, navnlig på bunden, og de kan give stress frakturer i plastikken. Når den bæres uden sko, tå laget blive fanget i tæpper og andre ru overflader kan skabe en trippingfare. Hvis en sko ikke bruges over skinnen, med undtagelse af terapi-tid, ugyldiggøres garantien.

Udstyret skal inspiceres regelmæssigt for slid, revner og takkede kanter. Brug altid skinnen todelt, med en indre støvle inde den ydre ramme. Efter seks til tolv måneders brug anbefaler vi, at skinnen bliver evalueret af en læge for tilpasning og slid.

Rengør udstyret med en svamp eller blød børste med mild sæbe og varmt vand. Tør af med håndklæde, og lad derefter nogle timer gå for helt at lufttørre. Må ikke tørres med varme.

Vi anbefaler, at Fast Fit udstyret opbevares væk fra ekstrem kulde og ekstrem varme. I kolde temperaturer kan udstyret blive skrøbeligt og få en større tendens til stress frakturer. Undgå at åbne skinnen alt for hurtigt, når det er meget koldt.

Hvis en strop eller særlige foring er leveret med udstyret, er den til et specielt formål. For de bedste resultater, skal stropper strammes, og holde alle de særlige foring på plads, når du bruger udstyret.

FINDE SKO

Generelt set vil en sko, der er bredere i tåen, passe bedst til en skinne eller skoindlæg. Et meget fleksibelt skomateriale vil udvide mere for at give den ekstra vidde, der kræves. Det anbefales, at man finder den korteste sko, der kan rumme skinnen. Dette vil reducere brugerens tendens til at falde over tæerne. For at

imødekomme plads til skinner eller skoindlæg anbefaler vi, at skoens polstrede indersål fjernes efter købet for at give mere plads. Der skal bruges et ret hårdt skub for at få skinnen ned i skoens bund.

GARANTI

Vores præfabrikerede enheder garanteres for pasform, materialer og håndværk i 90 dage efter fjorten (14) dage efter afsendelsesdatoen. I løbet af den tid vil vi efter eget valg erstatte bøjlen eller indsætte hvis der er et problem. Garantiperioden 90 år er beregnet til at give rigelig tid til montering og fejlfinding. Hvis enheden leveres af en læge, anbefaler vi at planlægge den passende aftale inden for de første to uger efter modtagelsen af enheden.

Misbrug eller unødvendig hård behandling vil ugyldiggøre garantien. Dette omfatter, at sko ikke bruges over skinnen (med undtagelse af terapisesioner) og/eller nedbrydning fra udvendige årsager såsom varme, kulde, kraftpåvirkning eller unødvendig afskrabning udover normal slitage.

Hvis der er et problem, der kræver, at Cascade reparerer eller udskifter skinnen under garantiperioden, bedes du venligst meddele vores kundeservicepersonale, inden du foretager dig noget. Efter at have indsamlet specifikke oplysninger om de(t) oplevede problem(er), hjælper de med at bestemme den mest effektive fremgangsmåde til at afhjælpe problemet og giver dig besked om, hvad du eventuelt skal foretage dig. Du kan nå kundesupport via e-mail på: customersupport@dafo.com eller telefonisk på: +1 800 848 7332 (internationalt: +00 1 360 543 9306).

Symbolforklaring

Symbol	Forklaring
	Fabrikant
	Autoriseret repræsentant i Europa
	Advarsel, se vedlagte dokumenter
	Medicinsk udstyr

	Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 Amerikas Forenede Stater Tlf: +00 (1) 360 543 9306 Fax: +00 (1) 360 384 4558		Freyr Regulatory GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Tyskland	
---	---	---	---	---