

KÄYTTÖOHJEET

MITTOJEN MUKAAN VALMISTETUT LAITTEET

KÄYTTÖTARKOITUS

Dynamic Ankle Foot Orthoses (DAFO[®]) -ortoosit tarjoavat ulkoisen tukijärjestelmän ala- ja yläraajojen kohdentamiseksi optimaaliseen asentoon normaaliin päivittäiseen toimintaan potilaille, joilla on monia sairauksia, kuten:

- neurologisia tai neuromuskulaarisia ongelmia
- kehityksen viivästyminen
- CP-oireyhtymä
- selkärankahalkio
- Downin oireyhtymä
- lihasdystrofia
- postpolio-oireyhtymä
- pää- ja selkäydinvammoja
- aivohalvaus

SEURATTAVAT ASIAT

Ensimmäisten kahden tai kolmen viikon epäsäännöllisen käyttämisen jälkeen potilaat sopeutuvat nopeasti tukilaitteiden käyttöön kokoaikaisesti. Kaikki epämukavuutta koskevat valitukset, varsinkin sen jälkeen, kun potilas on käyttänyt tukilaitteita mukavasti jonkin aikaa, saattavat merkitä tukilaitteen säätämisen tarvetta. Jos kyseessä on lapsi, valitukset saattavat merkitä, että hän on kasvanut ulos tukilaitteesta. Erityisesti nilkkahihnan alla oleva vähäinen punoitus on yleistä, ja se johtuu tukilaitteen vaikutuksen alaisena olevan lihaskudoksen määrästä. Mikä tahansa punainen jälki tai ärsytysjälki, joka ei häviä 20 minuutin kuluessa tukilaitteen poistamisesta, voi merkitä toimintaa vaativaa sopivuusongelmaa. Jos niin tapahtuu, lopeta tuotteen käyttö ja ilmoita asiasta välittömästi lääkärillesi.

DAFON HUOLTO

Cascade[®] DAFO -laitteet on valmistettu erilaisista muoveista tukilaitteen valitusta tyylistä riippuen. Ne ovat ohuita ja joustavia, mutta kestäviä normaalikäytössä. DAFO-laitteita on käytettävä sopivien sukkiensa päällä (suosittelemme keskipaksuista puuvillan ja synteettisen kuidun seosta) ja kenkien kanssa. Raapimisjäljet tai raskas naarmuuntuminen erityisesti pohjassa voivat johtaa muovin painemurtumiin. Takuu ei ole voimassa, jos tukilaitteen päällä ei käytetä kenkää, lukuun ottamatta hoidon aikana.

DAFO-laitteet on tarkastettava säännöllisesti kulumisen, halkeamien ja epätasaisten reunojen osalta. Suosittelemme, että lääkäri arvioi tukilaitteen sopivuuden ja kulumisen kuuden tai kahdentoista kuukauden käytön jälkeen.

Puhdista DAFO-laitteet sienellä tai pehmeällä harjalla miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa pyyhkekuivaksi ja anna kuivua kokonaan muutaman tunnin ilmassa. Älä kuivaa lämmöllä.

Suosittellemme, että laitetta ei säilytetä äärimmäisessä kylmyydessä ja lämmössä. DAFO-laitteet voivat muuttua kylmissä lämpötiloissa hauraksi ja alttiimmiksi painemurtumille. Vältä tukilaitteen vääntämistä äkillisesti auki, kun se on erittäin kylmä.

Jos DAFO-laitteen mukana toimitetaan muotoiltu "askeltyyny", sitä on käytettävä tukilaitteen ylä/etureunojen alla jalkaterän ja säären välisellä siirtymäalueella. Tämä tyyny on suunniteltu suojaamaan puristamista vastaan ja se pitää jalan tarvittaessa tiukasti tukilaitteessa. Kaikilla hihnoilla on erityinen tarkoitus. Parhaan tuloksen saamiseksi kiinnitä kaikki hihnat tiukasti.

KENKIEN LÖYTÄMINEN

Yleisesti mikä tahansa kenkä, joka on leveämpi varvasalueella, ja joka on koon tai kaksi suurempi kuin normaali kenkä, soveltuu parhaiten tukilaitteeseen. On suositeltavaa löytää lyhin kenkä, johon tukilaitte mahtuu. Tämä vähentää käyttäjän taipumusta kompastua varpaisiin. Joustavampi kenkämateriaali leviää enemmän tarvittavan lisäleveyyden mukaan. Lisätilan saamiseksi on suositeltavaa poistaa kengän pehmustettu pohjallinen oston jälkeen. Täytyy painaa aika voimakkaasti, jotta tukilaitte saadaan alas kengän päähän.

Jos sinulla on vaikeuksia löytää sopivia kenkiä, verkkosivustollamme www.cascadedafocom on linkkejä valmistajiin, jotka suunnittelevat kenkiä erityisesti nilkan jalka-ortoosien käyttöön.

TÄYSTAKUU (90 päivää)

DAFO-laitteilla on yhdeksänkymmeneen (90) päivän takuu sopivuuden, materiaalien ja työn laadun osalta. Takuu alkaa neljäntoista (14) päivän kuluttua toimituspäivästä. Jos tuotteessa on ongelma, tänä aikana meidän ainoa vaihtoehtomme on säätää tukilaitetta tai korjata tai vaihtaa se. Yhdeksänkymmenen (90) päivän takuuajan on tarkoitus antaa riittävästi aikaa sovutukseen ja vianmääritykseen. Suosittelemme, että sovit sovitusajasta kahden ensimmäisen viikon kuluessa tukilaitteiden vastaanottamisesta.

Väärinkäyttö, kohtuuttoman kova käyttö tai kadottaminen mitätöi takuun. Tähän sisältyy se, että tukilaitteiden päällä ei käytetä kenkiä liikkumisen aikana (lukuun ottamatta hoidon aikana) ja/tai tuhoutuminen, joka aiheutuu ulkoisista lähteistä, kuten kuumuudesta, kylmyydestä, iskusta tai normaalikulumiseen kuulumattomasta kohtuuttomasta kulumisesta.




DAFO-laitteen käyttäjä/DAFO-laitteen käyttäjä vanhempi tai huoltaja:

Keskustele **lääkärisi** kanssa kaikista mahdollisista huolenaiheistasi, jotka saattavat liittyä tukilaitteen sopivuuteen ja/tai valmistukseen. Lääkäri arvioi tukilaitteen ja määrittää, ratkaiseeko yksinkertainen säätö olemassa olevan ongelman, vai tarvitaanko huomattavampaa toimintaa.

DAFO-laitteeseen liittyvä lääkäri:

Jos on olemassa ongelma, joka vaatii säätöä, korjausta tai vaihtoa takuuajana, ilmoita asiasta ennen toimenpiteiden toteuttamista osapuolelle, jolta ostit tuotteen. Jos tuote ostettiin jakelijalta, ota yhteyttä häneen. Kun hän on kerännyt tarkat tiedot koetusta ongelmasta/koetuista ongelmista, hän määrittää tehokkaimman toimenpiteen ongelman ratkaisemiseksi ja ohjaa sinut mihin tahansa toimintaan, joka sinun on ehkä toteutettava. Jos ostit laitteen suoraan Cascade Dafolta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon +1 800 848 7332 (kansainvälinen numero: +00 1 360 543 9306) tai sähköpostitse osoitteeseen customersupport@dafocom.

Symbolien merkitykset

Symboli	Selitys
	Valmistaja
	Eurooppalainen valtuutettu edustaja
SN	Sarjanumero
	Huomio, lue toimitetut asiakirjat
MD	Lääkinnällinen laite

MITTOJEN MUKAAN VALMISTETTU LAITE

VAIN Rx

	<p>Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 United States of America Puh: +00 (1) 360 543 9306 Faksi: +00 (1) 360 384 4558</p>	 <p>EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague Alankomaat</p>	<p>MITTOJEN MUKAAN VALMISTETTU LAITE VAIN Rx</p>	
---	---	---	---	---