

KÄYTTÖOHJEET

FAST FIT® -LAITTEET

KÄYTTÖTARKOITUS

Cascade Dafon esivalmistetut Fast Fit -laitteet tarjoavat ulkoisen tukijärjestelmän, jolla jalka, nilkka ja alaraaja voidaan kohdistaa optimaaliseen asentoon normaaliin päivittäiseen toimintaan potilaille, joilla on monia sairauksia, kuten:

- neurologisia tai neuromuskulaarisia ongelmia
- kehityksen viivästyminen
- CP-oireyhtymä
- Downin oireyhtymä

SEURATTAVAT ASIAT

Ensimmäisen viikon käyttämisen jälkeen potilaat sopeutuvat nopeasti tukilaitteiden tai irtopohjallisten käyttöön. Kaikki epämukavuutta koskevat valitukset, varsinkin sen jälkeen, kun potilas on käyttänyt tukilaitteita/pohjallisia mukavasti jonkin aikaa, tulee ilmoittaa asiakastukiosastollemme. Jos kyseessä on lapsi, se saattaa merkitä, että potilas on kasvanut ulos tukilaitteesta. Mikä tahansa punainen jälki tai ärsytysjälki, joka ei häviä 20 minuutin kuluessa tukilaitteen/pohjallisen poistamisesta, voi merkitä toimintaa vaativaa sopivuusongelmaa. Lopeta tuotteen käyttö ja ilmoita ongelmasta välittömästi lääkärillesi tai ota yhteyttä Cascaden asiakastukeen numeroon +1 800 848 7332 (kansainvälinen numero: +00 1 360 543 9306).

LAITTEEN HUOLTO

Cascaden laitteet on valmistettu erilaisista muoveista valitusta tyylistä riippuen. Ne ovat ohuita ja joustavia, mutta kestäviä normaalikäytössä. Laitteita on käytettävä sopivien sukkien päällä (suosittelemme keskipaksuista puuvillan synteettisen kuidun seosta) ja kenkien kanssa. Ortoosien käyttäminen ilman kenkiä voi aiheuttaa raapimisjälkiä tai raskasta naarmuuntumista erityisesti pohjassa, mikä voi johtaa muovin painemurtumiin. Jos varvasalustaa käytetään ilman kenkiä, se voi myös tarttua mattoihin ja muihin epätasaisiin pintoihin, mikä aiheuttaa kompastumisvaaran. Takuu ei ole voimassa, jos tukilaitteen päällä ei käytetä kenkää, lukuun ottamatta hoidon aikana.

Laitteet on tarkastettava säännöllisesti kulumisen, halkeamien ja epätasaisten reunojen osalta. Käytä aina kaksiosaisia tukilaitteita, joissa kengän sisäosa on tukilaitteen asetettu ulkoreunan sisälle. Suosittelemme, että lääkäri arvioi tukilaitteen sopivuuden ja kulumisen kuuden tai kahdentoista kuukauden käytön jälkeen.

Puhdista laitteet sienellä tai pehmeällä harjalla miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa pyyhkekuivaksi ja anna kuivua kokonaan muutaman tunnin ilmassa. Älä kuivaa lämmöllä.

Suosittelimme, että Fast Fit -laitetta ei säilytetä äärimmäisessä kylmyydessä ja lämmössä. Laitteet voivat muuttua kylmissä lämpötiloissa hauraiksi ja alttiimmiksi painemurtumille. Vältä tukilaitteen vääntämistä äkillisesti auki, kun se on erittäin kylmä.

Jos laitteen mukana on toimitettu nauha tai erityispehmuste, sillä on erityinen tarkoitus. Parhaan tuloksen saamiseksi kiinnitä jokainen hihna tiukasti ja pidä kaikki erityispehmusteet paikoillaan laitetta käyttäessäsi.

KENKIEN LÖYTÄMINEN

Yleisesti mikä tahansa kenkä, joka on leveämpi varvasalueella, ja joka on koon tai kaksi suurempi kuin normaali kenkä, soveltuu parhaiten tukilaitteeseen tai irtopohjalliseen. On suositeltavaa löytää lyhin kenkä, johon tukilaitte mahtuu. Tämä vähentää käyttäjän taipumusta kompastua varpasiin. Joustavampi kenkämateriaali leviää enemmän tarvittavan lisäleveuden mukaan. Jotta tukilaitteiden tai irtopohjallisten tilavuus voidaan sisällyttää kenkään, on suositeltavaa poistaa pehmustettu pohjallinen oston jälkeen. Täytyy painaa aika voimakkaasti, jotta tukilaitte saadaan alas kengän päähän.

Jos sinulla on vaikeuksia löytää sopivia kenkiä, verkkosivustollamme www.cascadedafodafo.com on linkkejä valmistajiin, jotka suunnittelevat kenkiä erityisesti nilkan jalka-ortoosien käyttöön.

TÄYSTAKUU (90 päivää)

Esivalmistetuilla laitteilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu sopivuuden, materiaalien ja työn laadun osalta. Takuu alkaa neljätoista (14) päivän kuluttua toimituspäivästä. Jos tuotteessa on ongelma, tänä aikana meidän ainoa vaihtoehtomme on vaihtaa tukilaitte tai irtopohjallinen. Yhdeksänkymmenen (90) päivän takuuajan on tarkoitus antaa riittävästi aikaa sovituksen ja vianmääritykseen. Jos lääkäri toimittaa laitteen, suosittelemme, että sovite sovitusajasta kahden ensimmäisen viikon kuluessa laitteen vastaanottamisesta.

Väärinkäyttö, kohtuuttoman kova käyttö tai kadottaminen mitätöi takuun. Tähän sisältyy se, että tukilaitteiden päällä ei käytetä kenkiä ja/tai tuhoutuminen, joka aiheutuu ulkoisista lähteistä, kuten kuumuudesta, kylmyydestä, iskusta tai normaalikulumiseen kuulumattomasta kohtuuttomasta kulumisesta.

Jos on olemassa ongelma, jonka vuoksi Cascaden on korjattava tai vaihdettava tukilaitte takuuajana, ilmoita asiasta asiakastukihenkilökunnallemme ennen toimenpiteiden toteuttamista. Kun olemme keränneet tarkat tiedot koetusta ongelmasta/koetuista ongelmista, määritämme tehokkaimman toimenpiteen ongelman ratkaisemiseksi ja ohjaamme sinut mihin tahansa toimintaan, joka sinun on ehkä toteutettava. Voit ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse osoitteeseen customersupport@dafo.com tai puhelimitse numeroon +1 800 848 7332 (kansainvälinen numero: +00 1 360 543 9306).

Symbolien merkitykset

Symboli	Selitys
	Valmistaja
	Eurooppalainen valtuutettu edustaja
	Huomio, lue toimitetut asiakirjat
	Lääkinnällinen laite

	Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 Yhdysvallat Puh: +00 (1) 360 543 9306 Faksi: +00 (1) 360 384 4558	 Freyr Regulatory GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Saksa	
---	--	--	---