

GEBRAUCHSANLEITUNG

FAST-FIT-VORRICHTUNGEN

VERWENDUNGSZWECK

Die von Cascade Dafo gefertigten dynamischen Knöchel-Fuß-Orthesen stellen ein externes Stützsystem zur Ausrichtung von Fuß, Sprunggelenk und Unterschenkel in einer optimalen Position für normale Alltagsaktivitäten bei Patienten mit verschiedensten medizinischen Beschwerden dar, insbesondere bei:

- neurologischen und neuromuskulären Problemen
- verzögerter Entwicklung
- zerebraler Kinderlähmung
- Down-Syndrom

DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN:

Nach der ersten Woche gewöhnen sich die Patienten schnell an das Tragen von Schuhstützen oder -einlagen. Jegliche Beschwerden oder Unbequemlichkeit, insbesondere nachdem der Patient längere Zeit problemlos Schuhstützen oder -einlagen getragen hat, sollten dem Kundendienst mitgeteilt werden. Im Falle eines Kindes könnte dies ein Signal dafür sein, dass der Patient aus der Stütze herausgewachsen ist. Rote Flecken oder Anzeichen von Reizungen, die nicht innerhalb von 20 Minuten nach dem Entfernen der Stütze/der Einlage verschwinden, können auf ein Passungsproblem hinweisen, das ein Eingreifen erfordert. Unterbrechen Sie die Verwendung und informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt oder setzen Sie sich unter der Rufnummer 1-800-848-7332 (international + 00 1 360 543 9306) mit dem Cascade-Kundendienst in Verbindung.

PFLEGE DER VORRICHTUNG

Die Vorrichtungen von Cascade werden je nach gewählter Bauart aus unterschiedlichen Kunststoffen hergestellt. Sie sind dünn und flexibel, bei normaler Verwendung jedoch langlebig. Die Vorrichtungen sind über geeigneten Socken (wir empfehlen eine Baumwolle-Synthetik-Mischung mittlerer Dicke) und mit Schuhen zu tragen. Beim Tragen ohne Schuhe, können Riefen oder starke Kratzer auftreten, besonders an der Unterseite, die zu Spannungsbrüchen im Kunststoff führen können. Und wenn man die Stütze ohne Schuhe tragen, können die Zehenplatte auf Teppichen und anderen unebenen Oberflächen zu fangen, die eine Stolpergefahr schafft. Wird außerhalb der Therapiezeiten kein Schuh über die Stütze getragen, dann verfällt die Garantie.

Die Vorrichtungen sollten regelmäßig auf Abnutzung, Sprünge und gezackte Kanten geprüft werden. Tragen Sie immer eine zweiteilige Stütze, mit einer inneren Stiefel innerhalb des äußeren Rahmens. Wir empfehlen, Stützen nach einer Benutzungsdauer von 6 bis 12 Monaten von einem Orthopäden untersuchen zu lassen.

Die Reinigung der Vorrichtungen erfolgt mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste und milder Seifenlauge. Mit einem Handtuch abtrocknen und einige Stunden gründlich an der Luft trocknen lassen. Nicht mit Warmluft oder unter Wärmeeinwirkung trocknen.

Die Aufbewahrung von Fast-Fit-Vorrichtungen bei extremer Hitze oder Kälte wird nicht empfohlen. Bei niedrigen Temperaturen neigen die Vorrichtungen zur Versprödung; das Risiko von Spannungsbrüchen steigt. Bei großer Kälte ist das Öffnen von Stützen unter Einsatz von Kraft zu vermeiden.

Falls die Vorrichtung mit einem Riemen oder speziell Auskleidung ausgestattet ist, dient dieser einem bestimmten Zweck. Für optimale Ergebnisse sollte jeder Riemen auf guten Sitz angezogen werden, und alle speziell Auskleidung in Ort zu halten, wenn die Vorrichtung in Gebrauch ist.

DIE RICHTIGEN SCHUHE

Generell ist ein Schuh mit einem breiteren Zehenbereich für eine Stütze oder Einlage am besten geeignet. Ein flexibleres Schuhmaterial dehnt sich stärker aus und kann die erforderliche zusätzliche Breite besser aufnehmen. Es wird empfohlen, den kürzesten Schuh zu finden, der die Stütze aufnimmt. Dadurch mindert sich die Tendenz des Trägers, über seine Zehen zu stolpern. Wir empfehlen, für zusätzliches Volumen die gepolsterte Einlagesohle des Schuhs nach dem Kauf zu entfernen, um das Volumen der Stützen oder Einlagen aufnehmen zu können. Damit die Stütze am Schuhende sitzt, ist ein relativ starker Stoß erforderlich.

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE (90 Tage)

Für unsere vorgefertigten Geräte gilt eine Garantie auf Passform, Material und Verarbeitung von neunzig (90) Tagen ab vierzehn (14) Tagen ab Versanddatum. Während dieser Zeit ersetzen wir nach unserer alleinigen Wahl die Zahnpfange oder den Einsatz, wenn ein Problem vorliegt. Die Gewährleistungsfrist von neunzig (90) Tagen bietet ausreichend Zeit für die Montage und Fehlerbehebung. Wenn das Gerät von einem Arzt geliefert wird, empfehlen wir, den Anpassungstermin innerhalb der ersten zwei Wochen nach Erhalt des Geräts zu vereinbaren.

Bei Missbrauch oder unsachgemäßer, grober Abnutzung verfällt die Garantie. Dazu zählt das Nichttragen von Schuhen über die Stützen (ausgenommen während der Therapiesitzungen) bzw. die Zerstörung durch äußere Einflüsse wie Hitze, Kälte, Schläge oder ein abnormaler, über die übliche Abnutzung hinaus gehender Verschleiß.

Wenn ein Problem besteht, das eine Reparatur der Stütze von Cascade während des Garantiezeitraums erfordert, benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst, bevor Sie eine Maßnahme ergreifen. Nachdem wir spezifische Informationen zu den aufgetretenen Problemen eingeholt haben, legen wir die effizienteste Vorgehensweise zur Behebung des Problems fest und weisen Sie auf alle erforderlichen Maßnahmen hin. Sie erreichen den Kundendienst per E-Mail unter: customersupport@dafo.com oder telefonisch unter: + 1 800 848 7332 (international: + 00 1 360 543 9306).

Zeichenerklärung

Symbol	Erläuterung
	Hersteller
	Autorisierter Verreter in Europa
	Achtung, beiliegende Dokumente beachten
	Medizinprodukt

	Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 United States of America Tel: +00 (1) 360 543 9306 Fax: +00 (1) 360 384 4558		Freyr Regulatory GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Deutschland	
---	---	---	--	---