

BRUKSANVISNING TILPASSEDE ENHETER

BRUKSOMRÅDE

Dynamiske ankel- / fotortoser (DAFO®) gir ekstern støtte for å justere nedre og øvre ekstremiteter til en optimal posisjon for normale daglige aktiviteter for pasienter med mange medisinske tilstander, inkludert:

- Neurologiske eller neuromuskulære problemer
- Forsinket utvikling
- Cerebral parese
- Ryggmargsbrokk
- Downs syndrom
- Muskeldystrofi
- Post polio
- Hode- og ryggmargsskader
- Slag

TING Å HOLDE UTKIKK ETTER

Etter en innledende to- eller treukers jevnlig bruk, blir pasientene raskt vant til å bruke avstivere. Eventuelle klager på ubehag, spesielt etter at pasienten har i en tid har brukt avstiveren/innlegg og vært komfortabel med det, bør kommuniseres til vår kundeserviceavdeling. Noen rødhet, spesielt under ankelremmen, er vanlig på grunn av at musklene styres av avstiveren. Et hvilket som helst rødt merke eller tegn på irritasjon som ikke går bort innen 20 minutter etter at avstiveren/innlegget er fjernet, kan bety at det finnes et problem med passformen som må løses. Avbryt bruken, og informer straks ditt helsepersonell om dette skjer.

DAFO VEDLIKEHOLD

Cascade® DAFOs er laget av en ulike plast-typer, avhengig av den valgte typen avstiver. De er tynne og fleksible, men slitesterke ved normalt bruk. Enhetene skal brukes over passende sokker (vi anbefaler en blanding av bomull og syntetiske stoffer av middels tykkelse), og med sko. Kutting eller ripping spesielt på bunnen, kan føre til stressbrudd i plasten. Hvis du ikke bruker sko over avstiveren, unntatt i behandlingstiden, gjelder ikke garantien.

Enhetene bør inspiseres jevnlig for slitasje, sprekker og hakkede kanter. Etter seks til tolv måneders bruk, anbefaler vi at en lege vurderer avstiverens passform.

Rengjør enhetene med en svamp eller en myk børste med mild såpe og varmt vann. Tørk med håndkle og vent deretter noen timer for grundig lufttørring. Ikke tørk med varme.

Vi anbefaler at du ikke lagrer Fast Fit-enheten i ekstrem kulde eller varme. Ved kulde kan enhetene bli sprø og mer utsatt for stressbrudd. Unngå å åpne en avstiver plutselig når den er veldig kald.

Hvis en støpt "innleggs" -pute fulgte med DAFO-en, skal den plasseres under de øverste/fremre kanter av brystet i overgangsområdet mellom foten og benet. Denne puten er utformet for å beskytte mot klemming og holder foten fast i avstiveren, når det er nødvendig.

Alle stroppene tjener et bestemt formål. For best resultat, fest enkelt godt.

FINNE SKO

Vanligvis vil en hvilken som helst sko som er bredere i tåområdet, kanskje en størrelse eller to større enn normalt, best passe en avstiver eller skoinnlegg. Det anbefales å finne den korteste skoen som likevel gir plass til avstiveren. Dette vil redusere faren for at pasienten snubler. Et mer fleksibelt skomateriale vil i høyere grad utvides og gi den ekstra bredden som kreves. Vi anbefaler at polstret innersåle av skoen

fjernes etter kjøp for å gi ekstra plass. Det kreves et ganske aggressivt dytt for å få en avstiver helt ned i skoen.

Hvis du har problemer med å finne sko som passer, inneholder vår nettside, www.cascadedafu.com, lenker til produsenter som designer sko spesielt for bruk med ankel- og fotortoser.

FULL (90 dagers) GARANTI

Våre prefabrikkerte enheter er garantert for passform, materialer og håndverk i nitti (90) dager fra fjorten (14) dager etter datoen for forsendelsen. I løpet av den tiden vil vi, etter eget valg, erstatte avstiveren eller innlegget dersom det er problemer med dem. Garantiperioden på nitti (90) dager er ment å gi god tid til tilpassing og feilsøking. Vi anbefaler at du planlegger tilpassingssavtalen innen de første to ukene etter at du har mottatt avstiveren.

Misbruk, unødig grov slitasje eller tap, ugyldiggjør garantien. Dette inkluderer å ikke bruk av sko over avstiveren under ambulering (unntatt under behandling) og/eller ødeleggelse fra eksterne kilder som varme, kulde, støt eller unødvendig slitasje utover normal slitasje.

DAFO bruker/foreldre-forsørger for DAFO bruker:

Diskuter eventuelle bekymringer du måtte ha angående passformen og/ eller bruken av avstiveren med dit **helsepersonale**. Helsepersonalet vil vurdere om en om en enkel justering vil løse et eksisterende problem, eller om det er nødvendig med en mer omfattende tiltak.

DAFO-helsepersonell:

Hvis det oppstår et problem som krever justering, reparasjon eller bytte av avstiveren t i garantiperioden, må du kontakte selger av produktet før du foretar deg noe annet. Hvis produktet ble kjøpt gjennom en distributør, vennligst kontakt dem. Etter å ha samlet inn spesifikke opplysninger om problemene som er erfart, vil vi avgjøre hva som er det mest effektive tiltaket for å rette opp problemet, og informere deg om hva du må gjøre. Hvis du kjøpte direkte gjennom Cascade Dafo, kan du kontakte vårt kundesupportteam på: +1 800 848 7332 (internasjonalt: +00 1 360 543 9306) eller via e-post på: customersupport@dafu.com.

Tegnforklaring

Symbol	Forklaring
	Produsent
	Europeisk autorisert representant
SN	Serienummer
	Forsiktig, se medfølgende dokumentasjon
	Medisinsk utstyr

TILGJENGET ENHET

KUN RX

	Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 United States of America Tlf: +00 (1) 360 543 9306 Faks: +00 (1) 360 384 4558	 EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague The Netherlands	TILGJENGET ENHET KUN RX	
---	--	--	--	---