

BRUKSANVISNING

FAST FIT® ENHETER

BRUKSOMRÅDE

Cascade Dafos prefabrikkerte Fast Fit-enheter gir et eksternt støttesystem for å justere foten, ankelen og underbenet til en optimal posisjon for normale daglige aktiviteter for pasienter med flere helseproblemer, inkludert:

- Neurologiske eller neuromuskulære problemer
- Forsinket utvikling
- Cerebral parese
- Downs syndrom

TING Å HOLDE UTKIKK ETTER

Etter en første bruksuke, blir pasientene raskt vant til å ha på seg avstiver eller skoinnlegg. Eventuelle klager på ubehag, spesielt etter at pasienten har i en tid har brukt avstiveren/innlegget og vært komfortabel med det, bør kommuniseres til vår kundeserviceavdeling. Dersom pasienten er et barn, kan dette skyldes at pasienten har vokst ut av den opprinnelige størrelsen. Et hvilket som helst rødt merke eller tegn på irritasjon som ikke går bort innen 20 minutter etter at avstiveren/innlegget er fjernet, kan bety at det finnes et problem med passformen som må løses. Avbryt bruken, og informer straks ditt helsepersonell eller kontakt Cascades kundestøtte på 1-800-848-7332 (internasjonalt +00 1 360 543 9306).

VEDLIKEHOLD AV ENHETEN

Cascades enheter er laget av ulike plast-typer, avhengig av hvilken stil du har valgt. De er tynne og fleksible, men slitesterke ved normalt bruk. Apparatene skal brukes over passende sokker (vi anbefaler en blanding av bomull og syntetiske stoffer av middels tykkelse), og med sko. Hvis du bruker ortosene uten sko, kan det føre til kutting eller riping, spesielt på bunnen, og kan føre til stress-frakturer i plasten. Når den brukes uten sko, kan tåhyllen også sette seg fast teppe og andre ujevne overflater, noe som gjør det lett å snuble. Hvis du ikke bruker sko over avstiveren, unntatt i behandlingstiden, gjelder ikke garantien.

Enheterne bør inspiseres jevnlig for slitasje, sprekker og hakkede kanter. Bruk alltid avstivere i to deler. med den indre støvelen festet inne i den ytre rammen. Etter seks til tolv måneders bruk, anbefaler vi at en lege vurderer avstiveren for passform.

Rengjør enhetene med en svamp eller en myk børste med mild såpe og varmt vann. Tørk med håndkle og vent deretter noen timer for grundig lufttørring. Ikke tørk med varme.

Vi anbefaler at du ikke lagrer Fast Fit-enheter i ekstrem kulde eller varme. Ved kulde kan enhetene bli sprø og mer utsatt for stressbrudd. Unngå å åpne en avstiver plutselig når den er veldig kald.

Hvis en stropp eller spesiell polstring fulgte med enheten, tjener den et bestemt formål. For best resultat, fest hver stropp tett og hold all spesiell polstring på plass når du bruker enheten

FINNE SKO

Vanligvis vil en hvilken som helst sko som er bredere i tåområdet, kanskje en størrelse eller to større enn normalt, best passe en avstiver eller skoinnlegg. Det anbefales å finne den korteste skoen som likevel gir plass til avstiveren. Dette vil redusere faren for at pasienten snubler. Et mer fleksibelt skomateriale vil i

høyere grad utvides og gi den ekstra bredden som kreves. For å gi rom for avstivere eller skoinnlegg, anbefaler vi at den polstrede innersålen på skoen fjernes etter kjøp. Det kreves et ganske aggressivt dytt for å få en avstiver helt ned i skoen.

Hvis du har problemer med å finne sko som passer, inneholder vår nettside, www.cascadedrafo.com, lenker til produsenter som designer sko spesielt for bruk med ankel- og fotortoser.

FULL (90 dagers) GARANTI

Våre prefabrikkerte enheter er garantert for passform, materialer og håndverk i nitti (90) dager fra fjorten (14) dager etter datoen for forsendelsen. I løpet av den tiden vil vi, etter eget valg, erstatte avstiveren eller innlegget dersom det er problemer med dem. Garantiperioden på nitti (90) dager er ment å gi god tid til tilpassing og feilsøking. Hvis enheten leveres av en lege, anbefaler vi at du planlegger tilpassingen innen de første to ukene etter at du har mottatt enheten.

Misbruk, unødig grov slitasje eller tap, ugyldiggjør garantien. Dette inkluderer å ikke bruke sko over avstivere og/eller ødeleggelse på grunn av utvendige kilder som varme, kulde, støt eller unødig slitasje, utover normal slitasje.

Hvis det oppstår et problem som krever at Cascade reparerer eller bytter ut stativet i garantiperioden, vennligst informer vår kundeservice før du foretar deg noe annet. Etter å ha samlet inn spesifikke opplysninger om problemene som er erfart, vil vi avgjøre hva som er det mest effektive tiltaket for å rette opp problemet, og informere deg om hva du må gjøre. Du kan nå vår kundeservice via e-post på: customersupport@dafo.com eller på telefon: +1 800 848 7332 (internasjonalt: +00 1 360 543 9306).

Tegnforklaring

Symbol	Forklaring
	Produsent
	Europeisk autorisert representant
	Forsiktig, se medfølgende dokumentasjon
	Medisinsk utstyr