

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKT PRZYGOTOWANY NA ZAMÓWIENIE

PRZEZNACZENIE

Dynamiczna orteza stopowo-skokowa [Dynamic Ankle Foot Orthoses (DAFO[®])] jest zewnętrznym systemem stabilizującym, zapewniającym optymalne ustawienie stopy, stawu skokowego i golenia, aby umożliwić normalne funkcjonowanie pacjentom z takimi schorzeniami jak:

- zaburzenia neurologiczne lub nerwowo-mięśniowe
- opóźnienie rozwoju
- dziecięce porażenie mózgowe
- rozszczep kręgosłupa
- zespół Downa
- zanik mięśni
- zespół post-polio
- urazy głowy i rdzenia kręgowego
- udar

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ

Po pierwszych dwóch lub trzech tygodniach zakładania ortezy na krótko pacjenci szybko przyzwyczajają się do noszenia jej przez cały czas. Jeżeli pacjent zgłasza dyskomfort, szczególnie po tym, jak nosił ortezę przez dłuższy czas bez żadnych problemów, może to oznaczać konieczność ponownego dopasowania stabilizatora lub, w przypadku dzieci, przygotowania ortezy o większym rozmiarze. Czasami, szczególnie pod paskiem obejmującym kostkę, może występować zaczerwienienie skóry spowodowane naciskiem stabilizatora na mięsień. Jeżeli zaczerwienienie lub podrażnienie nie ustępuje w ciągu 20 minut po zdjęciu stabilizatora, może to oznaczać problem z dopasowaniem ortezy, który będzie wymagać podjęcia odpowiednich działań. W takim wypadku należy zaprzestać stosowania ortezy i natychmiast zgłosić się do lekarza.

PIELĘGNACJA ORTEZ DAFO

Ortezy Cascade[®] DAFO wykonane są z różnych tworzyw sztucznych, dobranych w zależności od rodzaju stabilizatora. Są one cienkie i elastyczne, ale zarazem wytrzymałe w normalnych warunkach użytkowania. Ortezy DAFO należy zakładać na skarpetkę (zalecamy stosowanie skarpet o średniej grubości wykonanych z mieszanki bawełny z syntetykiem), a na ortezę należy założyć obuwie. Rysy lub głębokie zadrapania, szczególnie w spodniej części, mogą powodować pękanie ortezy związane ze zmęczeniem materiału. Gwarancja na orteż ulega unieważnieniu, jeżeli pacjent nie zakłada na nią obuwia (poza zajęciami rehabilitacyjnymi).

Należy regularnie sprawdzać orteż DAFO pod kątem oznak zużycia, pęknięć i nierówności na brzegach. Po okresie sześciu lub dwunastu miesięcy użytkowania zalecamy ponowne udanie się do lekarza w celu oceny stabilizatora pod kątem dopasowania i zużycia.

Orteż DAFO należy czyścić gąbką lub miękką szczotką i ciepłą wodą z łagodnym mydłem. Wytrzeć ręcznikiem, a następnie pozostawić na kilka godzin do całkowitego wyschnięcia. Nie suszyć gorącym powietrzem.

Nie przechowywać ortezy w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach. W zbyt niskich temperaturach orteza DAFO może stać się krucha i bardziej podatna na pęknięcia. Jeżeli orteza jest bardzo zimna, nie należy jej rozciągać na siłę.

Jeżeli do ortezy DAFO dołączono wyprofilowaną „wkładkę”, należy wkładać ją pomiędzy brzegi ortezy z przodu, pomiędzy stopą a goleniem. Wkładka ta ma za zadanie chronić skórę przez zakleszczeniem i utrzymuje stopę pewnie w stabilizatorze.

Każdy z pasków ma swoje zadanie. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mocno zaciągać każdy z pasków.

DOBÓR OBUWIA

Do ortozy najlepiej dobrać obuwie o szerokiej części przedniej, o rozmiar lub dwa większe od noszonego zazwyczaj. Zalecamy dobranie jak najkrótszego obuwia. Dzięki temu pacjent nie będzie potykał się ze względu na zbyt długą część przednią. Czym bardziej elastyczne obuwie, tym łatwiej będzie dopasować je do szerokości ortozy. Zalecamy wyjęcie wewnętrznej wkładki, aby zwiększyć wewnętrzny rozmiar buta. Aby włożyć nogę zaopatrzoną w ortezę do buta, należy ją dość mocno wepchnąć.

Na naszej stronie internetowej www.cascadedafo.com można znaleźć łącza do stron producentów obuwia przeznaczonego dla pacjentów noszących ortozy stopowo-skokowe. Mogą one być przydatne dla tych osób, które mają problemy z dopasowaniem odpowiedniego obuwia.

PEŁNA (90-dniowa) GWARANCJA

Udzielamy 90-dniowej gwarancji na dopasowanie, materiał oraz jakość wykonania ortez DAFO. Gwarancja obowiązuje od czternastego (14.) dnia po dacie wysyłki. W tym czasie w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów na nasz koszt dokonamy dopasowania, naprawy lub wymiany stabilizatora. 90-dniowa gwarancja zapewnia wystarczająco dużo czasu na końcowe dopasowanie i rozwiązanie ewentualnych problemów. Zalecamy umówienie się na wizytę w celu dopasowania ortozy w ciągu dwóch pierwszych tygodni od otrzymania stabilizatora.

Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku stosowania ortozy niezgodnie z przeznaczeniem, poddawania jej niepotrzebnym obciążeniom lub jej zagubienia. Obejmuje to niezakładanie obuwia na ortezę (poza zajęciami rehabilitacyjnymi) i/lub zniszczenie ortozy przez narażenie jej na działanie gorąca, zimna, uderzeń lub nadmierne zniszczenie ortozy, które nie powstało w wyniku normalnego użytkowania.

Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi ochronę prawną, która może różnić się w zależności od miejsca jego zamieszkania.

Informacje dla osoby noszącej ortezę DAFO/dla rodziców lub opiekunów osoby noszącej ortezę DAFO:

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące wykonania i/lub dopasowania ortozy, należy skontaktować się z Państwa **lekarzem**. Lekarz obejrzy stabilizator i oceni, czy do rozwiązania problemu wystarczy dopasowanie go czy też trzeba będzie podjąć inne działania.

Lekarz DAFO:

Jeśli wystąpi problem wymagający regulacji, naprawy lub wymiany ortozy w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Jeśli produkt został zakupiony przez dystrybutora, skontaktuj się z nim. Po zebraniu konkretnych informacji na temat napotkanych problemów, będzie można określić najbardziej skuteczny sposób postępowania w celu rozwiązania problemu i podjąć ewentualne dalsze działania. Jeśli zakupu dokonano bezpośrednio przez Cascade Dafo, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie: +1 800 848 7332 (międzynarodowy: +00 1 360 543 9306) lub e-mailowo: customersupport@dafo.com.

Wyjaśnienie symboli

Symbol	Wyjaśnienie
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel na Europę
SN	Numer seryjny
	Uwaga! Zapoznać się z załączoną dokumentacją
	Wyrób medyczny

PRODUKT PRZYGOTOWANY NA ZAMÓWIENIE

WYDAJE SIĘ WYŁĄCZNIE Z PRZEPISU LEKARZA

	Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 Stany Zjednoczone Ameryki Numer tel: +00 (1) 360 543 9306 Numer faksu: +00 (1) 360 384 4558	 Freyr Regulatory GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Niemcy	URZĄDZENIE NA ZAMÓWIENIE TYLKO Rx	
---	--	---	---	---