

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRODUKTY FAST FIT®

PRZEZNACZENIE

Dynamiczna orteza stopowo-skokowa Fast Fit firmy Cascade jest zewnętrznym systemem stabilizującym, zapewniającym optymalne ustawienie stopy, stawu skokowego i golenia, aby umożliwić normalne funkcjonowanie pacjentom z takimi schorzeniami jak:

- zaburzenia neurologiczne lub nerwowo-mięśniowe
- opóźnienie rozwoju
- dziecięce porażenie mózgowe
- zespół Downa

NA CO UWAŻAĆ

Po pierwszym tygodniu noszenia pacjenci szybko dostosowują się do noszenia ortezy lub wkładek do butów. Wszelkie dolegliwości związane z dyskomfortem, zwłaszcza po wygodnym noszeniu przez pacjenta ortezy/wkładki przez jakiś czas, powinny być zgłaszane do naszego działu obsługi klienta. W przypadku dzieci może to oznaczać, że pacjent wyrósł już z ortezy. Każde zaczerwienienie lub oznaki podrażnienia, które nie znikają w ciągu 20 minut po zdjęciu ortezy/wkładki, może wskazywać na problem z dopasowaniem wymagający działania. Należy przerwać noszenie i natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z działem obsługi klienta Cascade pod numerem 1-800-848-7332 (międzynarodowy +00 1 360 543 9306).

PIELĘGNACJA APARATU

Aparaty ortopedyczne Cascade wykonane są z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, w zależności od wybranego stylu. Są one cienkie i elastyczne, a jednocześnie wytrzymałe podczas zwykłego użytkowania. Należy je nosić na odpowiednie skarpetki (polecamy średniej grubości mieszaninę bawełny i tworzywa sztucznego). Noszenie ortezy bez obuwia może powodować zadrapania lub jej poważne pęknięcia, szczególnie na spodzie i może spowodować złamanie plastiku. Podczas noszenia bez obuwia, do części palcowej mogą przyczepić się drobne kawałki wykładzin podłogowych lub innych nierównych powierzchni, co powoduje ryzyko potknięcia się. Brak obuwia podczas noszenia aparatu, z wyjątkiem czasu terapii, spowoduje unieważnienie gwarancji.

Aparaty powinny być regularnie kontrolowane pod względem stopnia ich zużycia, wszelkich pęknięć czy wyszczerbień na ich krawędziach. Zawsze należy nosić dwie części aparatu, wkładkę wewnątrz oraz zewnętrzną oprawę. Po 6-12 miesiącach użytkowania zaleca się, aby aparat został skontrolowany przez lekarza pod względem jego dopasowania do stopy oraz stopnia zużycia.

Aparat należy czyścić za pomocą gąbki lub miękkiej szczotki delikatnym mydłem i ciepłą wodą. Następnie należy wytrzeć go ręcznikiem do sucha i pozostawić na kilka godzin do całkowitego wyschnięcia. Nie należy suszyć w gorącej temperaturze.

Nie należy przechowywać aparatów Fast Fit w szczególnie wysokiej lub niskiej temperaturze. W niskiej temperaturze, urządzenie może stać się podatniejsze na pęknięcia. Należy także unikać nagłego odpinania aparatu w bardzo niskiej temperaturze.

Jeśli aparat posiada pasek lub dodatkową wyściółkę, służy to określonej roli. Dla osiągnięcia optymalnego rezultatu, każdy z pasków należy dobrze dopasować, a dodatkową wyściółkę umieścić wewnątrz aparatu podczas jego użytkowania.

DOBÓR OBUWIA

Do ortezy lub wkładki najlepiej dobrać obuwie o szerokiej części przedniej, o rozmiar lub dwa większe od noszonego zazwyczaj. Zalecamy dobranie jak najkrótszego obuwia. Dzięki temu pacjent nie będzie potykał się ze względu na zbyt długą część przednią. Czym bardziej elastyczne obuwie, tym łatwiej będzie dopasować je do szerokości ortezy. Zalecamy wyjęcie wewnętrznej wkładki, aby zwiększyć wewnętrzny rozmiar buta, co pozwoli na dopasowanie ortezy lub wkładki. Aby włożyć nogę zaopatrzoną w ortezę do buta, należy ją dość mocno wepchnąć.

Na naszej stronie internetowej www.cascadafo.com można znaleźć łącza do stron producentów obuwia przeznaczonego dla pacjentów noszących ortezy stopowo-skokowe. Mogą one być przydatne dla tych osób, które mają problemy z dopasowaniem odpowiedniego obuwia.

PEŁNA (90-dniowa) GWARANCJA

Udzielamy 90-dniowej gwarancji na dopasowanie, materiał oraz jakość wykonania wstępnie dopasowanych produktów. Gwarancja obowiązuje od czternastego (14.) dnia po dacie wysyłki. W tym czasie w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów na nasz koszt dokonamy dopasowania, naprawy lub wymiany stabilizatora bądź wkładki. 90-dniowa gwarancja zapewnia wystarczająco dużo czasu na końcowe dopasowanie i rozwiązanie ewentualnych problemów. Zalecamy umówienie się na wizytę w celu dopasowania produktu w ciągu dwóch pierwszych tygodni od otrzymania stabilizatora.

Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku stosowania ortezy niezgodnie z przeznaczeniem, poddawania jej niepotrzebnym obciążeniom lub jej zagubienia. Obejmuje to niezakładanie obuwia na ortezę i/lub zniszczenie ortezy przez narażenie jej na działanie gorąca, zimna, uderzeń lub nadmierne zniszczenie ortezy, które nie powstało w wyniku normalnego użytkowania.

Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi ochronę prawną, która może różnić się w zależności od miejsca jego zamieszkania.

Jeśli wystąpi problem wymagający naprawy lub wymiany ortezy przez Cascade w okresie gwarancyjnym, przed podjęciem jakichkolwiek działań należy powiadomić nasz dział obsługi klienta. Po zebraniu konkretnych informacji na temat napotkanych problemów, będzie można określić najbardziej skuteczny sposób postępowania w celu rozwiązania problemu i podjąć ewentualne dalsze działania. Możesz skontaktować się z działem obsługi klienta e-mailowo: customersupport@dafo.com lub telefonicznie: +1 800 848 7332 (międzynarodowy: +00 1 360 543 9306).

Wyjaśnienie symboli

Symbol	Wyjaśnienie
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel na Europę
	Uwaga! Zapoznać się z załączoną dokumentacją
	Wyrób medyczny

	Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 Stany Zjednoczone Ameryki Numer tel: +00 (1) 360 543 9306 Numer faksu: +00 (1) 360 384 4558	 Freyr Regulatory GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Niemcy	
---	--	---	---