

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DISPOSITIVOS FAST FIT®

USO PREVISTO

Os dispositivos Fast Fit pré-fabricados pela Cascade Dafo fornecem um sistema de suporte externo para alinhar o pé, o tornozelo e a perna a uma posição ideal para atividades diárias normais para pacientes com várias condições médicas, incluindo:

- Problemas neurológicos ou neuromusculares
- Atrasos no desenvolvimento
- Paralisia cerebral
- Síndrome de Down

COISAS A OBSERVAR

Após uma semana inicial de desgaste, os pacientes adaptam-se rapidamente ao uso de aparelhos ou de palmilhas. Quaisquer reclamações de desconforto, especialmente após o paciente estar a usar aparelhos/inserções confortavelmente durante algum tempo, devem ser comunicadas ao nosso departamento de Apoio ao Cliente. No caso de uma criança, isso pode indicar que o paciente cresceu mais que o aparelho. Qualquer marca vermelha ou sinal de irritação que não desapareça dentro de 20 minutos após a remoção do aparelho/inserção pode indicar um problema de adaptação que precisa de alguma ação. Interrompa o uso e informe imediatamente o seu profissional ou entre em contacto com o Apoio ao Cliente da Cascade pelo telefone 1-800-848-7332 (internacionalmente +00 1 360 543 9306).

CUIDADO DO DISPOSITIVO

Os dispositivos da Cascade são compostos por uma variedade de plásticos, dependendo do estilo escolhido. Eles são finos e flexíveis, mas duráveis sob o desgaste normal. Os dispositivos devem ser usados sobre meias apropriadas (recomendamos uma mistura entre sintético e algodão de espessura média) e com sapatos. Vestir as ortóteses sem sapatos pode provocar feridas ou arranhões, especialmente na parte inferior, e pode levar a fraturas no plástico por esforço. Quando usada sem sapatos, a base do pé também pode prender em tapetes e outras superfícies irregulares, criando um risco de tropeções. Não usar um sapato por cima do aparelho, excluindo o tempo de terapia, anulará a garantia.

Os dispositivos devem ser inspecionados regularmente quanto a desgaste, fraturas e bordas irregulares. Use sempre aparelhos de duas partes com a bainha interna aninhada dentro da estrutura externa. Após seis a doze meses de uso, recomendamos que uma ortótese seja avaliada por um médico quanto à sua adequação e ao seu uso.

Limpe os dispositivos usando uma esponja ou escova macia com sabão neutro e água morna. Seque com uma toalha; em seguida, deixe algumas horas a secar por completo ao ar. Não seque com calor.

Recomendamos que guarde o dispositivo Fast Fit longe do frio e calor extremos. Em temperaturas frias, os dispositivos podem-se tornar frágeis e mais propensos a fraturas por esforço. Evite manipular de repente um dispositivo quando estiver muito frio.

Se tiver sido fornecida uma cinta ou acolchoamento especial com o dispositivo, o mesmo serve para uma finalidade específica. Para obter melhores resultados, prenda cada cinta com firmeza e mantenha todos os acolchoamentos especiais ao usar o dispositivo.

ENCONTRAR SAPATOS

De um modo geral, qualquer sapato que seja mais largo na área do dedo do pé, talvez um tamanho acima do normal, servirá melhor para uma inserção de um aparelho ou sapato. Recomenda-se que encontre o sapato mais curto que possa acomodar o aparelho. Isso reduzirá a tendência do utilizador para magoar os dedos dos pés. Um material de sapato mais flexível poder-se-á alargar mais para acomodar a largura extra necessária. Para acomodar o volume de aparelhos ou palmilhas, recomendamos que a palmilha almofadada do sapato seja removida após a compra. É necessário um empurrão bastante forte para colocar o aparelho no fundo do sapato.

Se você tiver dificuldade em encontrar sapatos que sirvam, o nosso site www.cascadedrafo.com contém referências para fabricantes que desenham sapatos especificamente para uso com ortóteses de tornozelos.





GARANTIA COMPLETA (90 dias)




Os nossos dispositivos pré-fabricados têm garantia de adequação, materiais e mão-de-obra por noventa (90) dias, com início a 14 (catorze) dias após a data de envio. Durante esse tempo, a nosso exclusivo critério, substituiremos o aparelho ou inserção se ocorrer algum problema. O período de garantia de 90 (noventa) dias destina-se a dar tempo suficiente para ajustes e resolução de problemas. Se o dispositivo estiver a ser entregue por um médico, recomendamos que agende um evento de ajuste nas primeiras duas semanas após a receção do dispositivo.

O abuso, desgaste excessivo ou perda anula a garantia. Isso inclui não usar sapatos sobre os aparelhos e/ou a destruição por fontes externas, como o calor, frio, impacto ou abrasão indevida além do desgaste normal.

Se existir um problema que exija a Cascade para reparar ou substituir o aparelho durante o período de garantia, por favor avise a nossa equipa de Apoio ao Cliente antes de tomar qualquer decisão. Após a recolha de informações específicas sobre o(s) problema(s) com que se deparou, eles irão ajudar a determinar o plano de ação mais eficiente para resolver o problema e irão acompanhá-lo em qualquer ação que possa necessitar de efetuar. Poderá entrar em contacto com o Apoio ao Cliente por e-mail: customersupport@dafo.com ou por telefone: +1 800 848 7332 (internacionalmente: +00 1 360 543 9306).

Explicação dos Símbolos

Símbolo	Explicação
	Fabricante
	Representante Europeu Autorizado
	Atenção, Consulte os Documentos que Acompanham o Produto
	Dispositivo médico

	<p>Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 Estados Unidos da América Tel: +00 (1) 360 543 9306 Fax: +00 (1) 360 384 4558</p>	 <p>Freyr Life Sciences GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Alemanha</p>	
---	--	--	---